

## 学校給食モニタリング事業放射性物質の測定結果について

### □ 検査について

検査方法 …… ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる各種分析  
測定時間 1,000秒

検査の概要 …… 実際に提供された学校給食の1食分丸ごとについて検査を行い、どの程度放射性物質が含まれているか継続して把握します。

### □ 検査結果

検査日	献立内容	検査結果	
平成30年4月16日(月)	キャロットライス チキンカツ 和風サラダ コンソメスープ 牛乳	セシウム134(<0.787)	検出せず
		セシウム137(<0.751)	検出せず

※ 検出下限値1Bq/kg