

学校給食モニタリング事業放射性物質の測定結果について

□ 検査について

検査の概要 … 実際に提供された学校給食の1食分丸ごとについて検査を行い、どの程度放射性物質が含まれているか継続して把握します。(月1回検査)

検査方法 … ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定時間 1,000秒

□ 検査結果

検査日	献立内容	検査結果	
2015年12月16日(水)	ごはん 牛乳 みそ汁	セシウム134(<0.542)	検出せず
	鮭のゆずみそ焼き ポイルつま 里芋のそぼろあんかけ くだもの	セシウム137(<0.739)	検出せず

※ 検出下限値1Bq/kg