福島県立郡山支援学校寄宿舎入浴用リフト修繕業務仕様書

この仕様書は、福島県立郡山支援学校寄宿舎入浴用リフト修繕業務（以下、「業務」という。）を実施するに当たり、必要な事項を定めるものである。

1　業務の目的

現在、福島県立郡山支援学校寄宿舎内の浴室に設置されている入浴用リフト（酒井医療株式会社製　ハイアリフト LIT-100Ⅱ）が故障となり利用ができないことから、これを撤去し、新たに同種の機器を設置するもの。

2　業務の内容

(1)　既存の入浴用リフト撤去・廃棄

(2)　入浴用リフト新設（運送費含む）

機種は、既存機器と同種・同型（酒井医療株式会社製　ハイアリフト LIT-100Ⅱ）とする。

但し、同機種と同等の機能を有する機器を設置可能な場合は、事前に関係資料等を提出し、福島県立郡山支援学校長の承認を得ること。なお、別途、浴槽等大幅な補修・改修を必要とするものは不可とする。

(3)　浴槽等の小修繕がある場合はこれらの経費も含む。

3　業務の履行場所

福島県立郡山支援学校寄宿舎

4　履行期限

令和２年３月２７日(金)

5　完了報告

業務が完了したときは、業務完了報告書(任意の形式とし、入れ替えた機種の形式を明記し、作業前、作業後の状況を撮影した写真を添付すること)を提出し、発注者の検査を受けること。

6　その他

契約書及び仕様書に明示のない事項、又は疑義を生じた事項についてはお互い協議して定めるものとする。